

楚雄彝族自治州第二人民医院

楚雄州第二人民医院经颅磁刺激仪

采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：KLZB-2024-064

原公告的采购项目名称：楚雄彝族自治州第二人民医院经颅磁刺激仪采购项目

首次公告日期：2024 年 7 月 18 日

二、更正信息

(一) 更正事项：采购文件

(二) 更正内容：

1.原采购文件第五章招标内容中 2 标段技术参数要求“▲2.1 最大磁场强度为 1.5T~8T”更正为：“▲2.1 磁场强度 $\geq$ 1T”。

2.原开标时间为 2024 年 8 月 13 日 9 时 00 分，现将开标时间延期至 2024 年 8 月 22 日 9 时 00 分。

更正日期：2024 年 8 月 6 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名 称：楚雄彝族自治州第二人民医院

地 址：楚雄市阳光大道 344 号

联系方式：0878-6169663

（二）采购代理机构信息

名称：云南坤乐招标代理有限公司

地址：云南省楚雄高新区永安路北侧彝人古镇小庙东区 D151

幢二层

联系方式：0878-3376986

（三）项目联系方式

联系人：樊晓初

电 话：15125785907

